



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов  
для выявления ДНК возбудителя сердечной  
формы дирофиляриоза - *Dirofilaria immitis* в  
клиническом материале методом полимеразной  
цепной реакции (ПЦР) с детекцией результатов в  
режиме «реального времени»

«Зайцев+<sup>®</sup> DIM»

**O-02**

Набор реагентов состоит из двух комплектов:

- «Зайцев+® EXT» - для выделения РНК/ДНК из клинического материала;
- «ПЦР-DIM» - для ПЦР-амплификации ДНК возбудителя сердечной формы дирофиляриоза - *Dirofilaria immitis* с детекцией результатов в режиме «реального времени».

**Комплект реагентов «Зайцев+® EXT»** включает:

<i>Реактив</i>	<i>Описание</i>	<i>Объем мл</i>	<i>Кол-во</i>
<b>Лизирующий раствор</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	9	4 флакона
<b>Раствор для преципитации</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	50	1 флакон
<b>Раствор для отмывки 1</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	50	1 флакон
<b>Раствор для отмывки 2</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	50	1 флакон
<b>Буфер для элюции ДНК</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	1,2	4 пробирки

**Комплект реагентов «ПЦР-DIM»** включает:

<i>Реактив</i>	<i>Описание</i>	<i>Объем (мл)</i>	<i>Кол-во</i>
<b>ПЦР-смесь-1- DIM</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	0,6	1 пробирка
<b>ПЦР-смесь-2-ДНК</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	1,0	1 пробирка
<b>Полимераза (TaqF)</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	0,06	1 пробирка

**К комплекту реагентов прилагаются следующие контрольные образцы:**

<b>Отрицательный контроль выделения НК</b>	Прозрачная жидкость соломенно-желтого	0,5	1 пробирка
<b>Внутренний контроль «DIM -BK»</b>	Прозрачная жидкость соломенно-желтого	0,5	1 пробирка
<b>Положительный контроль ПЦР «DIM+»</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	0,05	1 пробирка
<b>Отрицательный контроль ПЦР</b>	Прозрачная бесцветная жидкость	0,05	1 пробирка

Комплект реагентов рассчитан на выделение ДНК из 100 проб, включая контрольные образцы.

### **НАЗНАЧЕНИЕ.**

Настоящая инструкция распространяется на набор реагентов «Зайцев+® DIM», предназначенный для выявления ДНК возбудителя сердечной формы дирофиляриоза - *Dirofilaria immitis*. в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией результатов в режиме «реального времени».

Принцип тестирования: выделение ДНК возбудителя сердечной формы дирофиляриоза - *Dirofilaria immitis*. из клинического материала совместно с внутренним контрольным образцом; проведение реакции амплификации с детекцией продуктов ПЦР в режиме «реального времени».

Набор реагентов рассчитан на 100 тестов, включая контрольные образцы.

### **ВЗЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ.**

Для проведения анализа возможно использование цельной крови с консервантом ЭДТА. Клинический материал пригоден для исследования в течение трех суток с момента взятия при хранении от 2 - 4°С.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**

1. Работают только в одноразовых перчатках, используют и меняют при каждой операции одноразовые наконечники для автоматических пипеток с аэрозольным барьером.
2. Одноразовая пластиковая посуда (пробирки, наконечники) должна сбрасываться в специальный контейнер, содержащий дезинфицирующий 0,2%-ный раствор ДП-2Т.
3. Анализ рекомендуется проводить в два этапа в двух отдельных помещениях (зонах), согласно МУ 1.3.1888-04 «Организация работы при исследованиях методом ПЦР материала, инфицированного патогенными биологическими агентами III-IV групп патогенности».

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР-АНАЛИЗА.**

**(с указанием фирм-производителей/поставщиков):**

### **ЗОНА 1.**

**Для выделения ДНК из клинического материала требуются.**

1. Стерильный ламинарный шкаф (например, «БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2», «Ламинарные системы» Россия).
2. Термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100°C (например, «ТЕРМО 24-15», «Биоком», Россия).
3. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 15 тыс. об/мин. (например, «Elmi», Латвия; «Hettish», Германия, «Sartorius», Германия).
4. Вортекс (например «ГЭТА-2», «Биоком», Россия).
5. Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой для удаления надосадочной жидкости (например, «Армед», Россия).
6. Отдельный набор автоматических пипеток переменного объема (например, «Ленпипет», Россия).
7. Отдельный халат и одноразовые резиновые перчатки.
8. Одноразовые, плотно закрывающиеся, полипропиленовые микропробирки объемом 1,5 мл (например, «Artasa», Италия).
9. Штативы для микропробирок на 1,5 мл (например, «Хеликон», Россия) и наконечников (например, «Artasa» Италия).
10. Одноразовые наконечники для пипеток переменного объема

(например, «Артаса» Италия).

11. Одноразовые наконечники для пипеток переменного объема с аэрозольным барьером (например, «Артаса» Италия).
12. Холодильник от 2 до 8 °С.
13. Ёмкость с дезинфицирующим раствором.

## **ЗОНА 2.**

**Для проведения полимеразной цепной реакции требуются.**

1. Амплификатор с детектирующей системой в режиме реального времени (например, CFX-96, BioRad, США; QuantStudio 3, Thermo FS, США, ДТ-96, ДНК-технология, Россия, Rotor-Gene Q 5plex, QIAGEN, Германия).
2. ПЦР-бокс (например, «БАВ-ПЦР-«Ламинар-С», «Ламинарные системы», Россия).
3. Вortex (например, «ГЭТА-2», «Биоком», Россия).
4. Отдельный набор автоматических пипеток переменного объема (например, «Ленпипет», Россия).
5. Одноразовые полипропиленовые микропробирки для ПЦР объемом 0,2 мл (например, Thermo FS, США).
6. Одноразовые наконечники с аэрозольным барьером до 200 мкл (например, «Tarson», Индия).
7. Штативы для наконечников (например, «Tarson», Индия) и микропробирок на 0,2 мл (например, «Хеликон», Россия).
8. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 °С.
9. Отдельный халат и одноразовые перчатки.
10. Емкость для сброса наконечников.

## ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

### ЭТАП 1. ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.

Проводится в ЗОНЕ 1 - комнате для обработки клинического материала.

#### Порядок работы.

1. Если в **лизирующем растворе** образовались кристаллы, то его необходимо прогреть при температуре 65 °С до полного растворения осадка. Для выделения ДНК из 24 проб (1 панель), включая контроли, в емкость с **лизирующим раствором** стерильным наконечником с барьером добавить 200 мкл **внутреннего контроля «ДИМ-ВК»**. Емкость тщательно перемешать. Если лизирующий раствор не был израсходован полностью, то его можно поместить в холодильник на 2 до 8 °С, затем использовать повторно (хранить не более трех суток).
2. В пробирки на 1,5 мл раскапать по 300 мкл приготовленного **лизирующего раствора**.
3. В каждую пробирку добавить по 20 мкл **клинического образца**, закрыть крышку и перемешать на вортексе.
4. Для каждой панели необходимо поставить отрицательный контроль выделения ДНК. Для этого в пробирку с лизирующим раствором добавить 20 мкл **отрицательного контроля «ОК»**. Образец перемешать на вортексе.
5. Все пробирки перемешать на вортексе и поместить в термостат на 5 мин при температуре 65°С.
6. Для сброса капель со стенок центрифугировать пробирки при 10 тыс. об/мин в течение 1 мин.
7. В каждую пробирку добавить 400 мкл **раствора для преципитации**. Пробирки тщательно перемешать на вортексе и инкубировать при комнатной температуре 5 мин.
8. Центрифугировать пробирки при 15 тыс. об/мин в течение 5 мин.
9. Отобрать надосадочную жидкость из каждой пробирки отдельным наконечником, используя вакуумный отсасыватель. Отбирать жидкость с осторожностью, не задевая осадка.

10. Добавить в пробирки по 400 мкл **раствора для отмывки 1**. Перемешать на вортексе и центрифугировать пробирки при 15 тыс. об/мин в течение 1 мин. Отобрать надосадочную жидкость из каждой пробирки отдельным наконечником, используя вакуумный отсасыватель.
11. Добавить в пробирки по 400 мкл **раствора для отмывки 2**. Перемешать на вортексе и центрифугировать пробирки при 15 тыс. об/мин в течение 1 мин. Отобрать надосадочную жидкость из каждой пробирки отдельным наконечником, используя вакуумный отсасыватель.
12. Высушить осадок, поместив пробирки с открытыми крышками в термостат при 65 °С на 10 минут.
13. Растворить осадок в 50 мкл **Буфера для элюции ДНК**. Закрыть крышки пробирок, тщательно перемешать и прогреть в термостате при 65°С 5 минут. Перемешать на вортексе и поместить в центрифугу при 15 тыс. об/мин на 1 мин.

## **ЭТАП 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ.**

**(Общий объем реакции - 25 мкл, объем ДНК-пробы – 10 мкл)**

### **Порядок работы:**

1. Отобрать и подписать необходимое количество микропробирок на 0,2 мл (клинические образцы + положительный контроль ПЦР + отрицательный контроль ПЦР).
2. Приготовить реакционную смесь. Для этого в отдельной пробирке смешать **ПЦР-смесь-2-ДНК**, **полимеразу (TaqF)** и **ПЦР-смесь-1-DIM**. Объем смесей и полимеразы зависит от числа клинических образцов + контроли, из расчета на одну пробу необходимо добавить **9,5 мкл ПЦР-смесь-2-ДНК** + **0,5 мкл полимеразы (TaqF)** + **5 мкл ПЦР-смесь-1-DIM**. Для простоты расчетов воспользуйтесь таблицей 1.

Таблица 1.

Количество образцов	ПЦР-смесь-2-ДНК мкл	Полимераза (TaqF) мкл	ПЦР-смесь-1-DIM
1	9,5	0,5	5
10	95	5	50
20	190	10	100
30	285	15	150
40	380	20	200
50	475	25	250
60	570	30	300
70	665	35	350
80	760	40	400
90	855	45	450
100	950	50	500

3. Внести в микропробирки по **15** мкл **готовой реакционной смеси**. Неиспользованные остатки реакционной смеси утилизировать.
  4. Используя наконечник с аэрозольным барьером, добавить **10 мкл ДНК-пробы** в пробирку с реакционной смесью. Осторожно перемешать пипетированием.
  5. Для каждой постановки необходимо внести 2 контроля ПЦР: **отрицательный контроль** – в пробирку внести **10 мкл Буфера для элюции ДНК**; **положительный контроль** амплификации – в пробирку внести **10 мкл положительного контроля «DIM+»**
  6. Установить пробирки в реакционный модуль.
  7. Запрограммировать прибор для выполнения соответствующей программы амплификации и детекции флуоресцентного сигнала согласно описанию для данного прибора.
  8. Установить в программе анализатора следующие параметры амплификации:
    1. 95°C – 15 минут
    2. 95°C – 15 секунд
    - 60°C – 20 секунд
- Количество циклов – 45.
- Флуоресценцию измеряют при 60 °C на каналах HEX (JOE) и FAM.



9. По окончании выполнения программы приступить к учету результатов.

### АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Полученные данные - кривые накопления флуоресцентного сигнала по двум каналам - анализируются с помощью программного обеспечения используемого прибора для проведения ПЦР в режиме реального времени. По каналу HEX регистрируют накопление продукта амплификации участка ДНК возбудителя сердечной формы дирофиляриоза - *Dirofilaria immitis*, а по каналу FAM оценивают внутренний контроль. Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на заданном уровне пороговой линией, что соответствует наличию (или отсутствию) значения порогового цикла «*Ct*» в соответствующей графе в таблице результатов (см. описание для данного прибора).

### УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ.

1. Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и выделения ДНК (см. Таблицу).

Контроли	Контролируемый этап	Результат по значению <i>Ct</i>	
		Канал «HEX»	Канал «FAM»
Отрицательный контроль	Выделение ДНК	отсутствует	<35 (положительный)
Положительный контроль	ПЦР	< 40 (положительный)	<35 (положительный)
Отрицательный контроль	ПЦР	отсутствует	отсутствует

2. **Образец считается положительным**, если на канале HEX (JOE) получено значение *Ct* менее **40**, при этом значение *Ct* на канале FAM менее **35**.

3. **Образец считается отрицательным**, если на канале HEX (JOE) отсутствует значение  $C_t$  или получено значение  $C_t$  более **40**, при этом значение  $C_t$  на канале FAM менее **35**.

**Результаты анализа не подлежат учету в следующих случаях:**

1. В пробе с **положительным контролем** отсутствует сигнал. Возможная причина ошибки связана с приготовлением реакционных смесей. Необходимо приготовить реакционные смеси заново.
2. Для клинического образца отсутствует сигнал по двум каналам, при этом контроли ПЦР соответствуют установленным в инструкции требованиям. Возможная причина: ошибка в процедуре подготовки клинического материала, приведшая к потере ДНК или ингибированию ПЦР. Требуется повторное проведение анализа, начиная с этапа выделения.
3. В отрицательном контроле (выделения или ПЦР) детектируется положительный сигнал. Возможная причина в контаминации реактивов или проб. В этом случае результаты анализа по всем пробам считаются недействительными. Требуется повторить анализ проб, а также предпринять меры по выявлению источника контаминации.

**ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ.**

Обеззараживание биоматериала и реагентов следует проводить на каждой стадии отдельно, помещая одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники), колбы-ловушки вакуумных отсасывателей на 20-24 ч в специальные контейнеры, содержащие дезинфицирующий 0,2 % раствор ДП-2Т.

## **СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.**

**Срок годности.** 12 месяцев. Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит.

**Транспортирование.** Набор реагентов транспортировать при температуре от 2 до 8 °С не более 3 суток. При получении разукomплектовать.

**Хранение.** Комплекты реагентов «Зайцев+® EХТ» хранить при температуре от 2 до 8 °С. Комплект «ОТ-ПЦР- DIM» при длительном хранении хранить при температуре не выше минус 15 °С. При ежедневном использовании комплекта «ОТ-ПЦР-DIM» все его компоненты, кроме полимеразы (**TaqF**) и ревертазы (**MMIv**), хранить при температуре от 2 до 8 °С. Полимеразу (**TaqF**) и ревертазу (**MMIv**) хранить при температуре не выше минус 15 °С.

Рекламации на качество набора реагентов «Зайцев+® DIM» направлять по адресу предприятия-изготовителя ООО «Зайцев+»: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 10, офис 15101, тел. 8(495) 970-46-22, <http://pcr-kit.ru>, e-mail: [vetlabplus@gmail.com](mailto:vetlabplus@gmail.com)